

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN ÁI
Số: 676/TB-BVNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 15 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
Mời chào giá thiết bị y tế

Nhằm có cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2025. Bệnh viện Nhân Ái kính mời Quý Công ty có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm và tư cách pháp nhân tham gia chào giá hàng hoá với nội dung cụ thể như sau:

Bên mời chào giá: Bệnh viện Nhân Ái

Nội dung yêu cầu chào giá:

STT	Tên hàng hoá/ yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện tim 6 cần	Cái	01
	Thông số kỹ thuật:		
	ECG		
	Đạo trình		
	Lựa chọn độ nhạy		
	Hằng số thời gian		
	Đáp ứng tần số		
	Tỉ lệ loại nhiễu đồng pha		
	Điện thế điện cực cực đại		
	Chuyển đổi A/D		
	Tần số lấy mẫu		

Các bộ lọc	AC: 50 hoặc 60Hz, -20dB hoặc ít hơn		
	Cơ: 25 hoặc 35Hz, -3dB (-6dB/oct)		
	Dịch tần: 0.25 hoặc 0.5Hz, -3dB (-6dB/oct)		
Chức năng diễn giải/phân tích loạn nhịp	Tùy chọn thêm.		
Lưu trữ ECG			
Bộ nhớ trong	≥ 500 cuộc thăm khám.		
Hiển thị			
Thiết bị	Màn hình màu LCD rộng ≥7" có chiếu sáng ngược.		
Độ phân giải	800 x 480		
Trình bày	6/12 kênh/màn hình		
Hoạt động			
Thiết bị cho vận hành	Màn hình cảm ứng và phím bấm		
Máy in			
Phương thức	In chuỗi điểm nhiệt		
Tốc độ giấy	5, 10, 12.5, 25 hoặc 50 mm/s		
Giấy in	Z-fold: 110mm x 20m, chiều dài mắt gấp 140 mm (OP-222TE)		
Giao diện I/O			
Cổng truyền thông	Cổng LAN (10/100base TX) Cổng USB x 2 (1 cho card chuyển wifi)		
An toàn			
Tiêu chuẩn	IEC60601-1, IEC60601-2-25		
Bảo vệ sốc điện	Nhóm I, kiểu CF và thiết bị có nguồn bên trong, kiểu CF.		
Đạt chứng nhận	Chứng nhận CE trên chỉ thị 93/42/EEC.		
Tổng quan			
Yêu cầu nguồn điện	100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 80VA Hoặc 9.6V DC (pin sạc xả tùy chọn mua thêm), 45W.		
Kích thước	260(W) x 206 (Đ) x 66 (H) mm		
Khối lượng	Xấp xỉ 2.8 kg (ko kể pin)		
Tùy chọn thêm			

Chip chương trình	FP-809: chẩn đoán, phân tích loạn nhịp.			
Pin sạc	8PH-4/3A3700-H-J18 (Ni-MH) thời gian hoạt động pin: ≥ 120 phút.			

(Ghi chú: Nhà thầu có thể đề xuất hàng hoá có tính năng kỹ thuật khác với tính năng kỹ thuật bệnh viện đưa ra, tuy nhiên phải phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu và tính năng kỹ thuật đó được cập nhật, thể hiện trong bản chào giá)

- Thời gian tiếp nhận chào giá: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Hình thức chào giá: Bằng đường mail theo địa chỉ: bv.nhanai@tphcm.gov.vn hoặc đường công văn theo địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế – Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0969293279.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Nhà thầu;
- Lưu: VT, VTTBYT (NĐT/01b)

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Phi Khanh

