

Số: 751/TB-BVNA

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm năm 2026

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nhằm có cơ sở xây dựng giá các gói thầu và làm cơ sở để làm dự toán mua sắm hàng hóa năm 2026, Bệnh viện Nhân Ái trân trọng kính mời Quý Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến các gói thầu tham gia báo giá các danh mục hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của bệnh viện trong năm 2026.

- Bên yêu cầu: Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung yêu cầu của Báo giá: Theo Phụ lục đính kèm (Giá chào đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan ;
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày ký Thông báo đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Hình thức nhận hồ sơ báo giá bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai

- Nhận qua email: bv.nhanai@tphcm.gov.vn

- Số điện thoại: 02713717366

Trên đây là Thông báo mời báo giá và nội dung yêu cầu mời Báo giá nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm năm 2026 của Bệnh viện Nhân Ái.

Bệnh viện Nhân Ái trân trọng cảm ơn và mong được nhận sự quan tâm, tham gia báo giá từ Quý Công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Các Công ty;
- Lưu: VT, HCQT (NQH/02b).





PHỤ LỤC:

(Ban hành kèm theo Thông báo số 751/TB-BVNA ngày 15 tháng 10 năm 2025
của Bệnh viện Nhân Ái)

Kính gửi: Bệnh viện Nhân Ái

Trên cơ sở yêu cầu Báo giá các gói thầu nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm năm 2026 của Bệnh viện Nhân Ái, chúng tôi (ghi tên).....

Địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp

Trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các nhà liên danh.....

1. Yêu cầu cung cấp báo giá theo bảng sau:

Đvt: đồng

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
I. Máy móc thiết bị không phải chuyên môn y tế						
1	Tủ nấu cơm điện 12 khay BigStar	- Nguồn điện: 380V - Chất liệu: Inox 304 - Công suất: 9 – 12kW - Kích thước tủ (DxRxC): 790 x 612 x 1900mm - Kích thước van xả: 27mm Số khay: 12 - Lượng gạo: 5kg/khay - Thời gian: 60 – 90 phút/mẻ - Nhiệt độ: 0 – 100°C "	Cái	01		
2	Máy thái thịt tự động	- Máy thái thịt tự động Goodfor QH-04 - Model: QH-04 - Nguồn điện: 220V hoặc 380 V - Công suất: 2.2KW - Sản lượng: 100-150 kg/h - Điều chỉnh độ dày mỏng : 0-20mm	Cái	01		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
		- Năng suất: 240 lát/phút - Chiều cao lát cắt: 150mm - Kích thước máy : 1450x660x1300mm, - Trọng lượng máy: 340 kg - Chất liệu: Inox 201				
3	Máy thái rau củ quả công nghiệp YQC 803	- Model: YQC 803 - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 1,5Kw + 360W - Năng suất: 500 – 900 kg/giờ - Trọng lượng: 95Kg - Kích thước: 93 x 56 x 95cm - Lưỡi dao: Cắt lát, cắt sợi, cắt khúc, cắt con chì, cắt hạt lựu - Chất liệu chính: Inox và thép không gỉ	Cái	01		
4	Khay Inox 304-5 ngăn sâu lòng + Có nắp	- Khay cơm inox 5 ngăn, khay cơm inox sâu lòng, khay sâu lòng inox - Mã sản phẩm: K8-N Kích thước: 25x33x40 mm (Rộng x Dài x Cao), dày 0.7mm Số Ngăn: 5 ngăn - Vật liệu khay: inox cao cấp	Cái	01		
5	Máy rửa chén công nghiệp băng tải Winterhalter C50M - Khoang rửa sơ + Khoang sấy	- Chiều máy: Right-Left - Công nghệ: Đức. - Sản Xuất: Thái Lan. - Kích thước (WxDxH) : 2700 x 800 x 1850mm, - Chiều sâu mở cửa : 1472mm. - Công suất rửa: * Tiêu chuẩn: 90/140/210 rửa/giờ * Tốc độ cao: 90/170/260 rửa/giờ - Lượng nước tiêu thụ: 260/300 lít/giờ, - Dung tích bồn rửa: 95 lít,	Cái	01		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
		- Dung tích bồn sấy: 12,5 lít, - Trọng lượng: 405kg - Nhiệt độ rửa: 65°C - Nhiệt độ tráng: 80°C ~ 85°C, - Điện trở bồn rửa: 27kW, - Điện trở bồn sấy: 18kW, - Điện trở khoang sấy: ~4kW - Tổng tải: ~ 46.6KW/72A, - Điện áp: 400V/3N/50-60Hz/72A, - Rỗ tiêu chuẩn : 500x500x10mm, D49"				
6	Quạt thổi thảm 3 cấp độ	- Model: KMS 4200 - Công suất: 1000 - 3200W	Cái	01		
7	Máy lọc nước tinh khiết KOSOVOTA	- Công suất 200L/h	Cái	01		
8	Máy in ảnh chuyên nghiệp	- Loại máy: Máy in phun màu khổ A4, A3. Khổ in tối đa: 13 inch. - Độ phân giải tối đa: 5760×1440 dpi. - Màu sắc: Cyan, Vivid Magenta, Photo Black, Matte Black, Gray, Light Gray, Yellow, Vivid Light Magenta, Light Cyan, Violet. - Dung lượng mực: 25ml. Hỗ trợ Hệ điều hành Windows 7/8 / 8.1 / 10, MacOS 10.9 trở lên. - Kết nối: USB, 10BASE-T / 100BASE-TX, Wi-Fi 4. - Kích thước: 515 x 368 x 185 mm. - Trọng lượng: 12,6kg.	Cái	01		
9	Bơm định	- Bơm định lượng động cơ Sigma/ 1 (Loại cơ bản)	Cái	01		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
		- Kết nối USB, Serial, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi (tùy cấu hình) - Bộ nhớ 512 MB Flash, 256 MB SDRAM - Màn hình Không (ZD420d) hoặc có màn LCD (ZD420t) - Tính năng nổi bật Hộp mực dễ thay (ribbon cartridge), hiệu suất ổn định - Kích thước 254 mm x 202 mm x 177 mm - Trọng lượng ~2.1 kg				
3	Máy đọc mã vạch	- Công nghệ đọc 2D Imager - Loại mã đọc 1D, 2D, QR code, PDF417 - Kết nối Cáp USB (có dây) - Tốc độ quét ~76.2 cm/giây - Đọc từ màn hình Có (hỗ trợ đọc mã từ điện thoại, máy tính) - Khoảng cách đọc Tối đa ~36 cm (tùy mã) - Độ bền Rơi từ 1.5 mét xuống nền bê tông - Chuẩn kháng bụi/nước IP42 - Trọng lượng ~161.6 g	Cái	01		
III. Xe ô tô chuyên dụng						
1	Xe ô tô cứu thương	- Động cơ dầu 2.3L - Dung tích động cơ 2296 Cc - Công suất cực đại 128KW - Tay lái thuận(LHD) - Mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn khí thải: mức 5 của Việt Nam(tương đương EURO 5 trở lên) - Tiêu chuẩn chất lượng xe cứu thương : đạt tiêu	Cái	01		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
		chuẩn ISO 9001 - Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 về phương tiện giao thông đường bộ Xuất xứ: Châu Á Và các phụ kiện trang thiết bị kèm theo (Máy hỗ trợ thở, Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số, Máy sưởi ấm bệnh nhân, Máy hút dịch, Bơm tiêm điện, Vali cấp cứu)				
2	Xe chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế	- Model: Ford Transit - Xuất xứ: Châu Á - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5 Và các thiết bị chuyên dùng kèm theo: - Tủ lạnh trữ máu 4oC, 106 lít kiểu giỏ đựng Model: HXC-106 ' Hãng sản xuất: Haier Biomedical - Bộ chuyển đổi nguồn điện sử dụng cho tủ lạnh - Acqui dự phòng cho tủ lạnh Acqui: Loại hàn kín Số lượng: 02 bình	Cái	01		
IV. Máy móc thiết bị chuyên môn Y tế						
1	Máy X-quang di động kỹ thuật số	- Máy X- Qung KTS DR 100e KTS cột xoay +/- 90 độ - Tấm nhận ảnh kỹ thuật số không dây XD 14 + - Bộ phần mềm xử lý ảnh NX - Máy trạm xử lý hifnharnh X-Quang đồng bộ: HP - Màn hình cảm ứng hiển thị hình ảnh X- Quang 21.5 inch - Máy trạm xử lý hình ảnh X	Cái	01		

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Ghi chú
2	Bộ đèn đặt nội khí quản có camera	- Model: PrimoStar 3 - Thiết bị mới 100% - Thiết bị được sản xuất năm 2022 trở về sau. - Tiêu chuẩn của thiết bị: ISO 9001 - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC 50/60Hz	Cái	01		
3	Máy soi tĩnh mạch	Thông số kỹ thuật: - Nguồn sáng: phát ánh sáng hồng ngoại không gây hại cho cơ thể con người. - Sóng hồng ngoại: 760 - 940nm - Độ sâu phát hiện hồng ngoại: 0 - 10mm - Khoảng cách phát hiện tốt nhất: 15 - 25cm - Độ chính xác của vị trí mạch máu: $\pm 0.3\text{mm}$ - Màn hình hiển thị LCD 2.4 inch - Độ ồn thấp: $\leq 30\text{dB}$ - Pin lithium có thể sạc lại Samsung 4800mA - Nguồn điện sạc: 5V 4.5A - Adapter nguồn: 100V-240V 50Hz-60Hz - Trọng lượng: 450g - Kích thước: 24cm (Dài) x 6cm (Rộng) x 6.5cm (Cao)	Cái	01		
4	Máy điện tim 6 cần	- Máy chính FX-8200 - Điện cực ngực: 06 quả - Điện cực chỉ: 04 cái - Dây cáp, CP -105J: 01 bộ - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Dây nguồn: 01 dây - Pin (SPH-4/3A3700-H-J18): 01 bộ	Cái	01		

2. Giá trên bao gồm thuế VAT, và các chi phí khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Đại diện Công ty
(ký tên, đóng dấu (nếu có))

