

Số: 865/TB-BVNA

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời Báo giá cho gói thầu "HH- Mua sắm xe ô tô cứu thương năm 2025"

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-SYT ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 (Điều chỉnh lần 01);

Căn cứ Công văn số 7279/SYT-KHTC ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế;

Bệnh viện Nhân Ái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "HH- Mua sắm xe ô tô cứu thương năm 2025".

Bệnh viện Nhân Ái kính mời Quý Công ty có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu tham gia Báo giá cho gói thầu "HH - Mua sắm xe ô tô cứu thương năm 2025" với nội dung như sau:

- Bên yêu cầu: Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
- Nội dung yêu cầu của Báo giá: Theo Phụ lục đính kèm (Giá chào trên đã bao gồm các loại phí phải nộp theo quy định của pháp luật và lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe TP.Hồ Chí Minh, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe (nếu có).
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày ký Thông báo đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Hình thức nhận hồ sơ báo giá bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai hoặc Văn phòng đại diện Bệnh viện Nhân Ái, địa chỉ 43 Lam Sơn, phường Đức Nhuận, Tp Hồ Chí Minh hoặc nhận qua email: bv.nhanai@tphcm.gov.vn; Số điện thoại: 02713717366

Trên đây là Thông báo và nội dung yêu cầu mời báo giá gói thầu “HH- Mua sắm xe ô tô cứu thương năm 2025” của Bệnh viện Nhân Ái . Rất mong nhận được báo giá từ Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Các Công ty;
- Lưu: VT, HCQT (NQH/02b).



GIAM ĐỐC

Trần Kim Anh







PHỤ LỤC: DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Đính kèm theo Thông báo số 865/TB-BVNA ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Nhân Ái)

Trên cơ sở yêu cầu Báo giá cho gói thầu “HH-Mua sắm xe ô tô cứu thương năm 2025 của Bệnh viện Nhân Ái, chúng tôi.....

Địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp.....

Trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một Báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên doanh).....

..... Nội dung Báo giá như sau:

Đvt: Vnd

STT	Mô tả hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (bao gồm thuế và các loại phí)
1	Xe ô tô cứu thương , nội thất khoang bệnh nhân, tủ y tế loại đặc biệt bằng nhựa ABS - Động cơ dầu: $\geq 2.3L$ - Dung tích động cơ: $\geq 2296 Cc$ - Công suất cực đại: $\geq 128KW$ - Tay lái thuận (LHD) - Mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau - Tiêu chuẩn khí thải: mức 5 của Việt Nam (tương đương EURO 5 trở lên) - Tiêu chuẩn chất lượng xe cứu thương: đạt tiêu chuẩn ISO 9001 - Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - Xuất xứ: Châu Á	Chiếc	01	
2	Trang thiết bị y tế			
2.1	Máy giúp thở: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng: thiết bị mới 100%. - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485, CE/FDA hoặc tương đương - Nguồn cung cấp: Nguồn điện 220V – 50Hz và pin. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C. + Độ ẩm tối đa tới ≥ 80 %.	Cái	01	
2.2	Máy theo dõi bệnh nhân: - Hãng nước chủ sở hữu : Châu Á - Hãng nước sản xuất : Châu Á - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương - Phân loại C - Số lưu hành : 2505318ĐKLH/BYT-HTTB - Điện áp làm việc: 100 - 240V , 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ môi trường: 10°C đến 40°C	Cái	01	



STT	Mô tả hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (bao gồm thuế và các loại phí)
	- Độ ẩm tương đối: 15% đến 95%			
2.3	Bơm tiêm điện: - Hãng sản xuất: Châu Á - Xuất xứ: Châu Á - Năm sản xuất : 2024 trở về sau - Chất lượng: mới 100% - Thiết bị được sử dụng trong các cơ sở y tế: hồi sức cấp cứu, phòng mổ, các khoa chăm sóc đặc biệt, khoa sơ sinh, khoa điều trị tim mạch và nhiều phòng khoa khác. - Dùng để đưa một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao. - Màn hình màu LCD 4,3 inch hiển thị rõ ràng. - Hiển thị dung lượng ắc quy với 5 vạch giúp người sử dụng dễ quan sát. - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ. - Kẹp cốc linh hoạt có thể kẹp cốc ngang hoặc cốc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng. - Thiết kế gọn nhẹ, dễ bảo trì, vệ sinh máy. - Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy. - Có trang bị pin phụ để cảnh báo lỗi nguồn trong trường hợp mất điện lưới và ắc quy hỏng - Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016, CE	Cái	01	
2.4	Máy hút dịch: - Hãng sản xuất máy chính: Châu Âu - Xuất xứ: Châu Âu - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chất lượng: Mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE/FDA - 01 máy chính - 01 Bình đựng 1L bằng polycarbonate. - 01 Ống hút PVC 8 x 13 mm. - 01 Bộ lọc khuẩn - 01 Cáp sạc AC/DC	Cái	01	
2.5	Bộ vali cấp cứu ngoại viện: - Hãng sản xuất máy chính: Châu Âu - Xuất xứ: Châu Âu - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chất lượng: Mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE/FDA - 01 Vali 2 mặt (PEDH): 360 x 475 x 165 mm - 01 Bình oxy 2L bằng thép nguyên khối (bình rỗng) - 01 Bộ điều chỉnh lưu lượng P-300 F15-NFS, 0-15 lít/Phút - 01 Bộ hồi sức sử dụng bằng tay Res-Q cùng túi	Cái	01	

STT	Mô tả hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (bao gồm thuế và các loại phí)
	cung cấp O2 và mặt nạ dành cho người lớn và trẻ em - 01 Bơm hút dịch - 01 Bộ 2 mặt nạ thở O2 cho người lớn và trẻ em, chần, kéo, che miệng và giữ lưỡi - 01 Bộ ống Guedell số 1, 3, 5 - 01 Bộ túi nylon, bao gồm: 300x270x50mm; 300x140x50mm; 150x160x70mm			
2.6	Máy điện tim 6 cần - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hàng hoá có xuất xứ tại nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ: xuất xứ liên minh Châu Âu hoặc nhóm các nền kinh tế phát triển G7. - Máy chính: 01 cái - Cáp đo điện tim: 01 Bộ - Dây nguồn: 01 cái - Điện cực chi: 04 cái - Điện cực ngực: 06 cái - Giấy in theo máy: 01 xấp - Pin sạc: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ	Cái	01	
2.7	Máy đo khí máu động mạch - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hàng hoá có xuất xứ tại nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ: xuất xứ liên minh Châu Âu hoặc nhóm các nền kinh tế phát triển G7. - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với nguồn điện tại Việt Nam - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: Phù hợp với khí hậu Việt Nam + Độ ẩm: Phù hợp với khí hậu Việt Nam	Cái	01	

2. Đơn giá trên đã bao gồm các loại phí phải nộp theo quy định của pháp luật và lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe TP.Hồ Chí Minh, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe (nếu có).

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm
, ngày.....tháng.....năm 2025

Đại diện Công Ty
 (Ký, đóng dấu nếu có)

